

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан»
(ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»)

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 55/59;
450501, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Булгаково, ул. Дорожная, д. 7, корп. 1
(адрес места осуществления деятельности)

Испытания средств измерений в целях утверждения их типа

(шифр поверительного клейма)

N п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечани е
		диапазон измерений	погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 55/59				
Измерения электрических и магнитных величин				
	Трансформаторы напряжения	(3 – 220/√3) кВ / (100/√3; 100) В, (0,6 – 153) кВ / (11 – 120) В, (50; 60) Гц	ПГ ± (0,1 – 10) %, ПГ ± (5 – 344) мин, КТ 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 3Р; 6Р, 2 разряд	
	Трансформаторы тока	(0,5 – 18 000) А / (1; 5) А, (50; 60) Гц	ПГ ± (0,05 – 10) %, ПГ ± (3 – 180) мин, КТ 0,05; 0,1; 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S; 1; 3; 5; 5Р; 10; 10Р, 2 разряд	
450501, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Булгаково, ул. Дорожная, д. 7, корп. 1				
Измерения потока, расхода, уровня, объема веществ				
	Автоцистерны, полуприцепы-цистерны, прицепы-цистерны, автотопливозаправщики	(0,5 – 50) м ³	ПГ ± (0,4 – 0,5) %	

И.о. директора
ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»
должность уполномоченного лица

_____ 
подпись уполномоченного лица

С.А. Севницкий
инициалы, фамилия
уполномоченного лица